

## **PARECER TÉCNICO**

### *EQUIPAMENTOS E MÓVEIS MÉDICOS HOSPITALARES*

**Ref.: Convênio HNSG / SESA - 005/2026 , Edital de “Cotação Prévia de Preços” nº 001/2026 – HNSG - HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA – APUCARANA - PR**

Por meio deste parecer, classificamos tecnicamente as empresas a seguir nominadas, com base na Lei Estadual nº 15.608/2007 e Lei Estadual nº 18.976/2017 e, subsidiariamente da Lei Federal nº 14.133/21 além das demais legislações pertinentes, visando atender a demanda do convênio supracitado para aquisição de Equipamentos e Material Permanente, consistindo os equipamentos em:

- **Item 1 – Foco Cirúrgico de Teto (Led).**
- **Item 2 – Foco Cirúrgico de Solo Móvel.**
- **Item 3 – Lavadora Ultrassônica.**
- **Item 4 – Placa DR para Raio x.**
- **Item 5 – Forno elétrico para cozinha hospitalar.**
- **Item 6 – Berço Hospitalar com grade / Cama Hospitalar Infantil.**
- **Item 7 – Cama Fowler mecânica.**
- **Item 9 – Mesa cirúrgica elétrica.**
- **Item 10 – Cama PPP.**
- **Item 11 – Mesa de cabeceira.**
- **Item 12 – Suporte de soro.**
- **Item 13 – Berço acrílico RN.**
- **Item 14 – Torre de Vídeo Cirurgia.**
- **Item 37 – Aparelho de Bisturi Eletrônico.**
- **Item 73 – Craniotomo elétrico.**
- **Item 74 – Arco esteriotaxico.**
- **Item 75 – Fixador de crânio com suportes para mesa.**
- **Item 76 – Arco cirúrgico.**
- **Item 77 – Perfuradora Óssea (Drill).**
- **Item 84 – Perneira Pneumática (mesa cirúrgica).**

## **1 – Para aquisição de (04) quatro unidades de: Foco Cirúrgico de Teto (Led).**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Worldmed Equipamentos Medico Eireli.
- b- Karl Storz Endoscopia Brasil Ltda.

#### **1.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Worldmed Equipamentos Médico Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.344.903/0001-00, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**Karl Storz Endoscopia Brasil Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.836.991/0002-81, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

## **2 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Foco Cirúrgico de Solo Móvel.**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Worldmed Equipamentos Medico Eireli.

#### **2.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Worldmed Equipamentos Médico Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.344.903/0001-00, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

## **3 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Lavadora Ultrassônica.**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.
- b- Vizamed Industria e Comercio Ltda.

#### **3.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Vizamed Industria e Comercio Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.842.193/0001-38, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

### **3.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.642.885/0001-46, apresentou proposta técnica em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: Lavadora ultrassônica para instrumentais cirúrgicos com canulados e fluxo intermitente com capacidade mínima de 35 litros útil; não apresentados em sua proposta técnica.

### **4 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Placa DR para Raio x.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a- VMI tecnologias Ltda.

### **4.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**VMI tecnologias Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

### **5 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Forno elétrico para cozinha hospitalar.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a- O. A. G. S. Comercial Ltda Prática.

### **5.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**O. A. G. S. Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.858.617/0001-08, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

### **6 – Para aquisição de (14) quatorze unidades de: Berço Hospitalar com grade / Cama Hospitalar Infantil.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a- Medi -Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda.

b- Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.

### **6.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Medi-Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.146.804/0001-20, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

## **6.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.642.885/0001-46, apresentou proposta técnica em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: POSIÇÕES: Cabeceira (Dorso), Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Elevação, Trendelemburg, todos acionados por manivela; LEITO: Teste Saltpray NBR 5770 - NBR 5841 - NBR 8094:1983 ACOMPANHAR COLCHÃO: Colchão: D – 33 e espessura 12 com isento de látex com soldas eletrônica de 100mm impermeável com espuma PU, perfil na parte superior e inferior, á prova d'água, com zíper de fechamento a 180º. Tecnologia anti decúbito, nas medidas internas da cama. não apresentados em sua proposta técnica.

**7 – Para aquisição de (48) quarenta e oito unidades de: Cama Fowler mecânica.**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Medi -Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda.
- b- Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.

## **7.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Medi-Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.146.804/0001-20, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

## **7.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.642.885/0001-46, apresentou proposta técnica em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: CAMA MECÂNICA 04 MANIVELAS ; MOVIMENTOS: Executados por 04 manivelas escamoteáveis, resistentes, retráteis e articuláveis, fabricadas em aço inox AISI 304, com sistema de travamento e o cabo em com rolamentos para movimentos leves e suaves. não apresentados em sua proposta técnica.

## **9 – Para aquisição de (02) duas unidades de: Mesa cirúrgica elétrica.**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda.
- b- Worldmed Equipamentos Medico Eireli.

### **9.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Worldmed Equipamentos Medico Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.344.903/0001-00, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

### **9.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.344.903/0001-00, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o processo 001/2026 nos seguintes itens; Proposta apresentada em desconformidade com o edital; quantidade , nome da entidade , numero de convênio e garantia.

## **10 – Para aquisição de (06) seis unidades de: Cama PPP.**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Medi -Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda.
- b- Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.

### **10.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Medi-Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.146.804/0001-20, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

### **10.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.642.885/0001-46, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: BATERIA: Bateria Backup recarregável; não apresentados em sua proposta técnica.

## **11 – Para aquisição de (50) cinquenta unidades de: Mesa de cabeceira.**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Medi -Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda.
- b- Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.

### **11.1 EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

Não á empresas classificadas.

### **11.2 EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.642.885/0001-46, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: Construida em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição com altura regulável em até cinco; TAMPO Removível, em PS. O tampo para refeições possuir um porta copo na extremidade. não apresentados em sua proposta técnica.

**Medi-Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.146.804/0001-20, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: Construida em madeira 18 mm totalmente revestida em laminado interna e externamente. Estrutura acoplada do tampo de refeição com altura regulável em até cinco; TAMPO Removível, em PS. O tampo para refeições possuir um porta copo na extremidade. não apresentados em sua proposta técnica.

## **12 – Para aquisição de (70) setenta unidades de: Suporte de soro.**

### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Medi -Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda.

### **12.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Medi-Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.146.804/0001-20, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

### **13 – Para aquisição de (21) vinte e uma unidades de: Berço acrílico RN.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Medi -Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda.
- b- Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.
- c- Fanem Ltda.

#### **13.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Fanem Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.100.244/0001-30, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

#### **13.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.642.885/0001-46, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: Bandeja abaixo construída em plástico injetado resistente, com compartimentos para alocação de objetos de uso do paciente e abaixo no nível dos rodízios uma tela ou suporte para objetos utilizados nos cuidados do bebê; Para-choque frontal; cor da estrutura deve ser rosa ou azul. Porta álcool gel; Colchão de memória em espuma de PU; Para-choque frontal, Dispositivo com trava de segurança para posicionamento do berço; não apresentados em sua proposta técnica.

**Medi-Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.146.804/0001-20, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: Bandeja abaixo construída em plástico injetado resistente, com compartimentos para alocação de objetos de uso do paciente e abaixo no nível dos rodízios uma tela ou suporte para objetos utilizados nos cuidados do bebê; Para-choque frontal; cor da estrutura deve ser rosa ou azul. Porta álcool gel; Colchão de memória em espuma de PU; Para-choque frontal, Dispositivo com trava de segurança para posicionamento do berço; não apresentados em sua proposta técnica.

### **14 – Para aquisição de (02) duas unidades de: Torre de Vídeo Cirurgia.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.
- b- Confiance Medical Produtos Médicos S.A.



#### **14.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**


**Medicalway Equipamentos Médicos Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.949.582/0001-82, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

#### **14.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Confiance Medical Produtos Médicos S.A**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.209.279/0001-31, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações:

a-Dispor de sistema de evacuação de fumaça integrado ao equipamento: Não apresentados em sua proposta técnica ,como mostrado na figura a seguir retirado do manual do acervo no site Anvisa ;

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351006546200708/?numeroRegistro=80337650003>





**b- Índice de proteção frontal do Display contra poeira e respingos d' água; Não apresentados em sua proposta técnica ,como mostrado na figura a seguir retirado do manual do acervo no site Anvisa :**

**<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351354720200927/?numeroRegistro=80337650007>**

## CONFIANCE MEDICAL

**Solução:** Solicite um novo cabo de sinal e troque o mesmo para sanar o problema.

- Monitor não detecta imagem

Pode ser que a câmera ou gerador de sinal esteja desligado ou com defeito e não esteja gerando imagem.

**Solução:** Teste o monitor com outro gerador de sinal.

## 9 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Alimentação elétrica:

- Entrada de Tensão da Fonte: 100 - 230 V~ (± 10 %)
- Frequência: 50-60 Hz
- Potência Máxima de entrada: 200 VA

### Montagem:

- Padrão VESA 100 para monitores até 32 Polegadas
- Padrão VESA 100 ou VESA 200 para Monitores acima de 32 Polegadas

### Classificação:

- Grau de proteção contra choque elétrico: Classe I
- Parte aplicada: não aplicável, pois o equipamento não possui parte aplicada
- Modo de funcionamento: contínuo
- Classificação quanto ao uso na presença de anestésicos inflamáveis com o ar, oxigênio e óxido nitroso: não adequado
- Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX0

### Condições de Funcionamento:

- Temperatura ambiente de 10 a 40 °C (50 a 104 °F)
- Umidade relativa do ar de 30 a 85 %
- Pressão atmosférica de 700 a 1060 hPa

### Condições de Armazenagem e Transporte:

- Temperatura ambiente de -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
- Umidade relativa do ar de 10 a 85 %

**37 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Aparelho de Bisturi**

**Eletrônico. Apresentaram propostas as empresas :**

a- Biotec Cnv Com. E Manut. De Equipamentos-Hospit. Ltda.

### **37.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Biotec Cnv Com. E Manut. De Equipamentos-Hospit. Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.989.274/0001-06, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**73 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Craniotomo Elétrico.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a- Auto Suture do Brasil Ltda.

b-Stryker do Brasil Ltda.

### **73.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Auto Suture do Brasil Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.645.409/0003-90, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**Stryker do Brasil Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.966.317/0002-93, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**74 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Arco esteriotáxico.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a-Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda.

### **74.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.650.556/0001-76, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**75 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Fixador de crânio com suportes para mesa.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a-Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda.

b-G&G Hospitalar - Edilberto Greinert & Cia Ltda.

### **75.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

Não á empresas classificadas.

### **75.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**G&G Hospitalar - Edilberto Greinert & Cia Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.471.797/0001-69, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações; deve conter sistema afastador cerebral composto por grampo ou adaptador e braço ou haste rotatória flexível/maleável tipo Leyla e 5 (cinco) espátulas antireflexivas para cérebro comprimento 15 a 16cm em diversas larguras entre 7mm e 26mm (uma de cada), do mesmo fabricante; Não apresentados em sua proposta técnica.

**Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.650.556/0001-76, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: Deverá conter 6 (seis) pinos autoclaváveis tamanho adulto e 6 (seis) pinos autoclaváveis tamanho pediátrico. Não apresentados em sua proposta técnica.

**76 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Arco cirúrgico.**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

- a- VMI tecnologias Ltda.
- b- Siemens Healthineers Ltda.

### **76.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Siemens Healthineers Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.449.930/0006-02, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**VMI tecnologias Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**77 – Para aquisição de (05) cinco unidades de: Perfuradora Óssea (Drill).**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a-Stryker do Brasil Ltda.

#### **77.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

**Stryker do Brasil Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.966.317/0002-93, apresentando proposta técnica, em conformidade com o descritivo técnico proposto no edital Processo 001/2026.

**84 – Para aquisição de (01) uma unidade de: Perneira Pneumática (mesa cirúrgica).**

#### **Apresentaram propostas as empresas :**

a- Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.

#### **84.1 - EMPRESAS CLASSIFICADAS:**

Não á empresas classificadas.

#### **84.2 - EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:**

**Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.642.885/0001-46, apresentou proposta técnica, em desconformidade com o descritivo técnico proposto em edital no Processo 001/2026, não atendendo as seguintes especificações: Equipamento cotado não é o mesmo solicitado em edital, o equipamento cotado é um sistema de compressão eletrônico; o edital solicita uma perneira pneumática para mesa cirúrgica, não apresentado em sua proposta técnica .

Considerando que o Processo de Cotação Prévia de Preços, referente ao convênio **SESA 001/2026** celebrado entre a SESA, e o Hospital Nossa Senhora das Graças – Hospital da Providência é ato normativo editado no exercício de competência legalmente atribuída ao HNSG Hospital da Providência, e como tal encontra-se subordinado às leis que o vinculam e em observâncias aos princípios que norteiam a administração pública, dentre eles o princípio da publicidade, informamos que participaram deste certame as seguintes empresas;

Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda.

Karl Storz Endoscopia Brasil Ltda.

Confiance Medical Produtos Médicos S.A.

Biotec Cnv Com. E Manut. De Equipamentos-Hospit. Ltda.

Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda.

G&G Hospitalar - Edilberto Greinert & Cia Ltda.

Medicaldyne Equip. Médicos Hospitalares.

Worldmed Equipamentos Medico Eireli.

Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.

Medi -Saude Produtos Medicos Hospitalares Ltda.

O. A. G. S. Comercial Ltda Prática.  
Stryker do Brasil Ltda.  
VMI tecnologias Ltda.  
Siemens Healthineers Ltda.  
Auto Suture do Brasil Ltda.  
Fanem Ltda.

Outrossim, informamos que as empresas denominadas como classificadas atendem as exigências técnicas da cotação prévia de preços do convênio SESA nº 001/2026, e portanto estão aptas a passar pelas demais análises necessárias ao processo da autoridade julgadora, com fundamento no disposto nos termos da Lei nº 8.666/93 no que couber, das Leis Estaduais nº 15.608/07 e 18.972/2017 e da Resolução nº 046/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e das demais normas aplicáveis.

**Apucarana/PR 16 de abril de 2026.**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
FELIPE ROBERTO DOS SANTOS  
Coordenador Manutenção Hospitalar

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**